

Realy Saliva Novelcoronavirus (SARS-COV-2) Antigen Rapidtest Device (Saliva)


1. Allgemeines

- die verpackten Tests kühl, frostfrei und trocken lagern
- die Tests nur bei Raumtemperatur benutzen
- die Tests können in separaten Müllbeuteln im Hausmüll entsorgt werden
- Legen Sie vor der Entnahme der Mundflüssigkeitsprobe mindestens 10
 Minuten lang nichts in den Mund

2. Durchführung


- Verpackung entfernen
- einmal räuspern, um Schleim im Hals zu lösen
- Ausreichend in den Speichelsammelbecher spucken
- Speichel mit der Pipette aus dem Becher ziehen
- 4 Tropfen vom Speichel aus der Pipette ins Extraktionsröhrchen geben
- Extraktionspuffer dem Extraktionsröhrchen hinzufügen
- Den Röhrchenverschluss entnehmen und ihn auf das Extraktionsröhrchen setzen
- Extraktionsröhrchen ca. 5 Sekunden schütteln

Spucktest:





- Das Testgerät aus dem Folienbeutel entnehmen und auf eine saubere, ebene Fläche legen
- 3 Tropfen aus dem Extraktionsröhrchen vertikal auf die Probenvertiefung geben und Timer starten



3. Ergebnis

- nach 10 bis 20 Minuten das Testergebnis ablesen und interpretieren
- das Testergebnis nicht später als 20 Minuten ablesen
- die Testkits k\u00f6nnen in separaten M\u00fcllbeuteln im Hausm\u00fcll entsorgt werden